固体汞电极平行催化伏安法测定痕量亚铁离子* Parallel Catalytic Voltammetric Determination of Fe²⁺ by Using Solid Amalgam Electrode

李 欣,魏小平,朱文远,李建平**

LI Xin, WEI Xiao-ping, ZHU Wen-yuan, LI Jian-ping

(桂林理工大学化学与生物工程学院,广西桂林 541004)

(College of Chemistry and Bioengineering, Guilin University of Technology, Guilin, Guangxi, 541004, China)

摘要:研究固体汞电极线性扫描伏安法测定痕量亚铁离子(Fe²⁺)的分析方法。在 pH 值为5.2的醋酸-醋酸钠 缓冲溶液中,亚硝基 R 盐(NRS)与 Fe²⁺形成络合物,H₂O₂存在时,在固体汞电极上产生灵敏的还原峰,峰电位 -1.3V。峰电流与 Fe²⁺的浓度在5.6×10⁻⁷~2.0×10⁻⁴ g/L 范围内呈线性关系,检出限1.5×10⁻⁷ g/L。NRS 中的-NO 在电极上得2e⁻⁻还原为中间物质-NHOH。当溶液中存在 H₂O₂时,H₂O₂可以迅速将其又氧化成-NO,从而形成灵敏的带吸附性质的平行催化体系。该方法灵敏度高,简便快捷,成本低廉,而且使用安全。 关键词:伏安法 固体汞电极 亚铁离子

中图法分类号:O657.14 文献标识码:A 文章编号:1002-7378(2010)03-0323-04

Abstract: The quantitative analysis of Fe²⁺ by parallel catalytic voltammetric method with the aid of the solid mercury electrode was described in this paper. In acetate sodium acetate buffer (pH= 5.2), nitroso R salt (NRS) reacted with Fe²⁺ to form a complex and a sensitive reductive peak was obtained at -1.3 V in the presence of H₂O₂. There was a linear relationship between peak current heights and Fe²⁺ concentration in the range of $5.6 \times 10^{-7} \sim 2.00 \times 10^{-4}$ g/L, with a detect limit of 1.5×10^{-7} g/L. The influence of buffer solution, the concentration of nitroso R salt and hydrogen peroxide were tested. The mechanism of the parallel catalytic system was proposed. NRS in the complexes of Fe-NRS can be absorbed on the mercury electrode surface and the - NO of NRS was reduced by 2e- to form the intermediate of - NHOH. With the existing H₂O₂, - NHOH can be oxidized by H₂O₂ rapidly to reform - NO. Thus, a sensitive reduced current was obtained by the parallel catalytic system. The method had be applied to determine ion contents in water sample. It is low-cost, simple, rapid, accurate and safe. **Key words**; voltammetry, solid amalgam electrode, Fe²⁺

伏安法是在工作电极上施加一个变化的电压, 通过电解电流随电极电位变化得到电流-电位曲线, 根据峰电流与被测物浓度的线性关系进行定量分析 的方法。伏安法中所用工作电极通常为液态汞电极 (含悬汞电极和汞膜电极)。汞容易挥发而且有毒,会

*广西自然科学基金项目(桂科自0728214)资助。

**通讯作者。

对环境和操作人员的健康带来影响,因此,人们在不断研究其他非汞材料的电极。人们先后采用了玻碳、碳糊等碳电极,贵金属电极以及其他金属电极,如铋电极^[1-2]等,但是这些非汞电极不具备汞电极的特点,在大多数情况下并不能完全替代汞电极。

固体汞电极是近年来发展起来的一种新型电 极^[3]。固体汞合金电极既保留了汞电极的特点又几 乎无毒性,例如可以在牙科中使用。固体汞电极在伏 安分析中的应用越来越受到广泛重视^[4~13]。采用固 体汞电极测定金属离子常采用两种方法:(1)金属离

收稿日期:2010-05-20

作者简介:李建平(1966-),男,博士,教授,主要从事电化学分析与传 感器研究。

子直接在电极上氧化还原,如溶出伏安法;(2)金属 离子形成络合物,吸附在固体汞电极表面,络合物中 金属离子或配位体在电极上还原,形成吸附伏安体 系。在伏安分析方法中,平行催化伏安法由于形成了 电极反应与化学反应的交替进行,因而具有极高的 灵敏度。然而,采用固体汞电极平行催化伏安法测定 金属离子尚未见报道。

文献[14]利用 Fe²⁺-亚硝基 R 盐-双氧水体系 极谱法测定了痕量 Fe²⁺。本文在此基础上,提出了 固体汞电极平行催化伏安法测定痕量 Fe²⁺的新方 法,并用于水样测定。该方法灵敏准确、简便快捷,仪 器简单,使用安全。

1 实验部分

1.1 仪器和试剂

CHI660C 电化学工作站(上海辰华仪器公司出品),配置三电极系统:自制的固体汞电极为工作电极,饱和 Ag/AgCl 电极为参比电极,铂丝电极为对 电极。微量进样器(上海金林生化试剂仪器厂生产), DL-180A 超声波清洗器(上海之信仪器有限公司出品)。

硫酸亚铁(广东省汕头市西陇化工厂生产) 0.055 mg/L,Fe²⁺标准溶液按常规方法配置。乙酸 钠(广东省汕头市西陇化工厂生产),1-亚硝基-2-萘 酚-3,6二磺酸钠(上海试剂三厂生产)0.01 mol/L, 30%H₂O₂溶液配置至所需浓度,配置 pH 值为5.2的 醋酸-醋酸钠缓冲溶液。所用试剂均为分析纯,实验 用水为蒸馏水。

1.2 实验方法

1.2.1 制作固体汞电极

用固体石蜡和碳粉按1:3(质量比)比例混合,加 热至石蜡熔化,搅拌均匀,装入内径为3.0mm 塑料 管中,插入铜棒作为引线,冷却后,碳糊即在管内凝 固,除去管外的多余物,在光滑的纸上稍抛平表面, 再向电极内挖去约0.5mm 深一小截碳糊,使呈凹 状。将银粉和汞按2:1(质量比)比例混合均匀,填入 固体石蜡碳糊电极的凹槽中,并挤压成平面,使银汞 齐附着在基体电极上,放置 2天后固化,制成银汞合 金电极,使用时先在湿滤纸上轻磨抛光,以除去表面 的氧化物薄层。

1.2.2 试验方法和步骤

本实验采用线性扫描伏安法。在10ml的比色管 中分别加入1 ml 0.055 mg/L 的 Fe²⁺标准溶液,0.6 ml 0.01 mol/L 的 NRS 溶液和0.55 ml 0.51 mol/L 的 H₂O₂,再加入2 ml pH 值为5.2的醋酸-醋酸钠缓 冲溶液,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。然后转移至15 ml 的小烧杯中,在 CHI660C 电化学工作站上选择 线性扫描伏安法,于-1.6~-0.2V 电位间扫描,记 录一阶导数曲线,并测量峰电流。

2 结果与分析

2.1 伏安特性

分别配制含0.01 mol/L的 NRS,0.51 mol/L的 H₂O₂的 NRS+H₂O₂,NRS+0.055 mg/L Fe²⁺, NRS+H₂O₂+0.012 mg/L Fe²⁺溶液体系进行试验 的结果见图1。图1结果显示,NRS+H₂O₂体系在-0.8V有一个较小的试剂峰,而 NRS+Fe²⁺体系在 $-1.3\sim-1.4V$ 产生1个灵敏的还原峰,H₂O₂加入 到 NRS+Fe²⁺体系中,该还原峰电流明显增大(约 10倍)。



图1 平行催化体系的伏安特性

A. 0. 01 mol/L NRS+0. 51 mol/L H_2O_2 ; B. 0. 01 mol/L NRS+0. 055 mg/L Fe²⁺; C. 0. 01 mol/L NRS+0. 51 mol/L H_2O_2 +0. 012 mg/L Fe²⁺.

2.2 实验条件

2.2.1 NRS 用量选择

图2结果显示, NRS 加入量为0.3~0.6 ml, 峰 高逐渐增大;在 NRS 加入量大于0.7 ml 时, 峰高有 下降趋势。可见 NRS 的最佳用量是0.6 ml。



2.2.2 双氧水用量选择

从图3可以看出,当H₂O₂加入量为0~0.55 ml 时,随着双氧水用量增加,峰电流随着迅速增大;当 H₂O₂加入量达到0.55 ml时,峰电流达最大;此后随 双氧水用量增加峰电流下降。因此选择双氧水的用 量0.55 ml。



图3 H₂O₂用量对峰电流的影响

2.2.3 缓冲溶液 pH 值选择

分别配制 pH 值为5.0、5.1、5.2、5.3、5.4、5.6的 HAc-NaAc 缓冲溶液,在体系中各加入2 ml 缓冲溶 液进行试验的结果如图4所示。由图4可见,当 HAc-NaAc 缓冲溶液 pH 值为5.2时,峰高达最大。因此选 取 pH 值为5.2的缓冲溶液。



图4 缓冲溶液 pH 值对测定的影响

2.3 线性范围测定

在选定的实验条件下,用自制的固体汞电极作为工作电极,对不同浓度 Fe^{2+} 进行线性扫描伏安法测定的结果如图5所示。 Fe^{2+} 浓度为0.56~200 $\mu g/L$ 时与峰电流呈现良好的线性关系,线性回归方程为 $I(\mu A/s) = 0.0185C(\mu g/L) + 0.0097, r = 0.9986, 对空白溶液进行11次测定,计算标准偏差 S,用3S/K 计算出检出限为0.15 <math>\mu g/L$ 。

2.4 共存离子影响

对于55 μg/L Fe²⁺的测定,相对误差给定±5% 时,下列物质共存时对 Fe²⁺测定不产生干扰(倍 数): $Al^{3+}(520), Mg^{2+}(600), Zn^{2+}(40), Pb^{2+}(106),$ Ni²⁺(15), Co²⁺(10), Ti⁴⁺(100), I⁻(150), Cu²⁺(4), MnO₄⁻(30), Pd²⁺(30), PO₄⁻⁻(60), Cl⁻⁻(400),



2.5 电极反应机理

参照文献[14]可以推测,NRS 含有强疏水性的 萘环,在弱酸性介质中与 Fe^{2+} 形成的络合物可以吸 附在固体汞电极表面,配合物中的 NRS 中的-NO 在电极上得 $2e^{-}$ 还原为中间物质-NHOH,当溶液中 存在 H_2O_2 时, H_2O_2 可以迅速将其又氧化成-NO,从 而形成灵敏的带吸附性质的平行催化伏安体系。

2.6 样品分析

取1 ml 的澄清水样转移到25 ml 的比色管中, 加入0.6 ml 0.01 mol/L 的 NRS 溶液和0.55 ml 0.51 mol/L 的 H₂O₂溶液,再加入2 ml 的醋酸-醋酸 钠缓冲溶液,用蒸馏水稀释至刻度。转移至15 ml 的 小烧杯中,按实验方法进行测定,同时还进行了标准 加入回收实验结果如表1所示。对样品进行11次测 定,并计算其标准偏差和标准回收率。

表1 样品分析结果

样品	测定值(μg)				RSD	加入量	测得	回收率
	1	2	3	平均值	(%)	(µg)	芯里 (µg)	(%)
汛期	0.073	0.087	0.081	0.080	0.21	0.20	0.263	94.1
漓江水						0.40	0.473	98.6
汛期	0.115	0.125	0.123	0.121	1.16	0.20	0.322	100.1
东江水						0.40	0.520	99.8
自来水	0.037	0.024	0.017	0.026	5.90	0.20	0.229	101.4
						0.40	0.4285	100.5

3 结论

固体汞电极平行催化伏安法测定 Fe²⁺不仅灵 敏度高,成本低廉,简便快捷,而且使用安全,有望在 实际分析检测中得到广泛的应用。

参考文献:

[1] 李建平,王素梅.修饰铋盘电极吸附伏安法测定痕量钻

的研究[J]. 分析测试化学,2005,24(6):52-55.

- [2] 李建平,彭图治,张雪君. 铋膜电极电位溶出法测定痕 量铅镉锌[J].分析化学,2002,30(9):1092-1095.
- [3] 李建平,杜亚琳.新型固体汞电极在仪器分析实验中的 应用[J].大学化学,2006,21(2):56.
- [4] 李建平,刘碧波, 吴秉功. 固体石蜡碳糊硅钼酸电极的 研制及应用[J]. 分析化学, 1998, 26(5): 279-282.
- [5] Palecek E, Jelen F, Vetterl V. The encyclopedia of electrochemistry [M]//Bard A J, Stratsmann M. Bioelectrochemistry. Wiley-VCH, Weinheim, 2002: 365.
- [6] Wandlowski T. Phase transitions in two-dimensional adlayers at electrode surfaces[M]// Urbakh M,Gileadi M. thermodynamics, kinetics, and structural aspects. Encyclopedia of Electrochemistry vol1, Wiley, Weinheim, 2002; 383-467.
- [7] Meloa L C. A simple and sensitive detection of diquat herbicide using a dental amalgam electrode; A comparison using the chromatographic technique [M]. Talanta, 2009:1216-1222.
- [8] Mirceski V, Komorsky-Lovric S, Lovric M. Square wave

voltammetry-theory and applications [M]//Sholz F (Ed). Springer, Berlin, 2007, 11(5); 200-212.

- [9] Yosypchu B, Barek J. Analytical applications of solid and paste amalgam electrodes [J]. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2009, 39(3): 189-203.
- [10] Fischer J, Vanourkova L. Voltammetric determination of nitrophenols at a silver solid amalgam electrode[J]. Electrochem Sci,2007(2):226-234.
- [11] 徐素萍. 微量元素铁与人体健康的关系[J]. 中国食物 与营养, 2007,12 (18):214-220.
- [12] Mikkelsen O, Schroder K H. Amalgam electrodes for electroanalysis [J]. Electroanalysis, 2003, 15(8): 679-687.
- [13] Yosypchuk B, Sestakova I. Working electrodes from amalgam paste for electrochemical measurements[J]. Electroanalysis, 2008, 20(4):769-799.
- [14] 李建平,耿宝库.铁(I)-亚硝基R盐-双氧水体系极 谐波研究及应用[J].分析化学,1998,7(26):827-831.

(责任编辑:邓大玉)

თბიბიბიბიათ ბი*ბიბიბიბიბიბი*თით

erererererererere reve

2222222222222222222222222222222

新型纳米晶体管可探测细胞内部

美国化学家和工程师共同制造了一种最新的 V 形纳米晶体管。这种新型纳米晶体管称为纳米级场效应 传感器或纳米 FETs,比许多病毒更小。人体细胞直径范围大约为从10μm 左右的神经细胞到50μm 的心脏细胞,而新型传感器能测量5μm 直径的细胞。纳米 FETs 有几种系列,整体小于50nm 的型号,其纳米线针直径 仅有15nm。

当前用于记录神经细胞及其他细胞内电信号的玻璃吸液管只是微米级的,其上带有一个电极,把吸液管 夹在细胞膜上记录电信号。这种吸液管笨重,工作时经常损伤细胞。而纳米 FETs 的外表涂有一层磷脂双分 子膜,这和细胞膜的组成是一样的,能通过细胞膜融合,毫不费力地进入细胞内部,这和细胞吞噬病毒或细菌 的过程相似。这意味着插入纳米 FETs 几乎不会留下任何伤口,它可以进入并停留在细胞里面,持续不断地 检测。

纳米 FETs 有一个三维的灵活结构,有两个覆膜纳米线成 V 形60度角固定在顶端,与主体部分成120度 角连接,工作时有电流通过纳米晶体管。其可用于检测细胞内的离子变化和电子信号,尤其是神经细胞;还可 固定在受体或配体上,探测单细胞内部的生化过程。研究小组演示了纳米 FETs 的使用,用它刺入一个单个 培养的胚胎鸡心脏细胞,以2.3赫兹的频率记录下一系列电压峰值,和细胞跳动节律相一致。

新型纳米晶体管是近10年内第一个在细胞内部用半导体设备进行检测的方法,是一种全新的细胞内研究方法。

(据科学网)